FICHA TÉCNICA FT 006

CAMAS Y SOMIERES ARTICULADOS ELÉCTRICOS



REFERENCIAS

10.CM.6012 – 10.CM.6015 – 10.CM.6016 – 10.CM.6017 – 10.CM.6018 – 10.CM.6028 – 10.CM.6030 – 10.CM.6031 – 10.CM.6032 – 10.CM.6033 – 10.CM.6038 – 10.CM.6039 – 10.CM.6043 – 10.CM.6045 – 10.CM.6046 – 10.CM.6047 – 10.CM.6048 – 10.CM.6065 – 10.CM.6082 – 10.CM.6084 – 10.CM.6089

FINALIDAD

Las camas articuladas eléctricas han sido diseñadas para uso particular con el fin de proporcionar al usuario seguridad y unas condiciones mínimas de confort y calidad de vida durante los periodos de descanso o tratamiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

. Estructura de acero soldada mediante MIG, por proceso manual o célula robotizada, o estructura de madera de haya barnizada en las referencias: 10.CM.6017, 10.CM.6018, 10.CM.6028 y 10.CM.6065.

. Cabeceros de tubo de acero/termolaminado, acero inoxidable/termolaminado o únicamente termolaminado.

. Desengrase y fosfatado de la superficie que se va a pintar con epoxi.

. Somieres de lamas de haya o compacto fenólico. La articulación de las camas tripartitas se realiza mediante un motor eléctrico accionado con mando manual.

. Los motores cuentan con marcado CE y 2 años de garantía frente a defectos de fabricación debidamente comprobados. La garantía no cubre los daños causados por una manipulación incorrecta del motor, del mando o del enchufe. Los motores están equipados con un sistema de funcionamiento mediante pilas (1 o 2 pilas de 9 V, según el modelo) que permite bajar el somier de forma segura en caso de corte del suministro eléctrico. Se recomienda utilizar pilas alcalinas y sustituirlas, en caso de desgaste, cada 6 meses. El nivel de ruido del motor de las camas es <70 dB (A), según la indicación del fabricante del motor. Los motores instalados en nuestras camas cumplen la normativa europea sobre compatibilidad electromagnética.

. Los pies pueden ser fijos o regulables en altura, con o sin ruedas; consultar FT 078. La altura estándar del lecho es de 500 mm.

. Las camas están preparadas para incorporar soporte de suero, barandillas laterales y columna de suspensión de la marca JMS.

JMS - Industria de Mobiliário Hospitalar, S.A.
Zona Industrial do Bunheiro - Rua da Zona Industrial, n.° 26 - 3870 - 021 MURTOSA
T +351 234 880 018 | F +351 234 880 017
jms@jmshospitalar.com
www.jmshospitalar.com

SEGURIDAD

- Las camas y los somieres no deben utilizarse como carros de transporte, sino únicamente para el fin al que están destinados.

- Durante el montaje, los pies con ruedas provistas de freno deben colocarse siempre en diagonal.

- Las camas y los somieres no deben ser utilizados por pacientes con un peso superior a 135 kg.

- Antes de desplazar a un paciente, la cama o el somier debe quedar frenado (versión con ruedas), para evitar que se mueva accidentalmente y ponga en peligro la salud del paciente.

- Siempre que la cama no esté en movimiento debe permanecer frenada. Cuando se accionen los motores, debe prestarse atención al riesgo de aplastamiento en las zonas de articulación.

- Evitar el derrame de líquidos sobre el motor y el mando.

- Durante las operaciones de limpieza, mantenimiento o desplazamiento de las camas, debe prestarse especial atención a la manipulación del enchufe: para desconectarlo, sujételo por el propio enchufe y no tire únicamente del cable.



ALMACENAMIENTO/CONSERVACIÓN

- Las camas y los somieres indicados anteriormente se embalan en cartón y no deben exponerse a la lluvia ni almacenarse en lugares con excesiva humedad, para evitar daños tanto en el embalaje como en los motores.

- Estos productos deben almacenarse en lugares que garanticen su protección frente a caídas u otros factores que puedan dañarlos.

- Antes de realizar las operaciones de limpieza, consulte el Manual del Usuario, disponible en la página web de JMS.

CALIDAD

- Todos nuestros productos se diseñan a partir de materias primas y materiales auxiliares rigurosamente controlados en la recepción e incorporados al proceso de fabricación definido conforme a procedimientos internos, dentro del sistema de gestión de la calidad implementado según NP EN ISO 9001.

- Los productos JMS disponen de garantía. Consulte el Certificado de Garantía vigente en la empresa.

JMS - Industria de Mobiliário Hospitalar, S.A.
Zona Industrial do Bunheiro - Rua da Zona Industrial, n.° 26 - 3870 - 021 MURTOSA
T +351 234 880 018 | F +351 234 880 017
jms@jmshospitalar.com
www.jmshospitalar.com