HEALTHCARE FURNITURE
IMPROVING PEOPLE'S LIVES

FICHE TECHNIQUE FT 006

LITS ET SOMMIERS ARTICULÉS ÉLECTRIQUES





RÉFÉRENCES

10.CM.6012 – 10.CM.6015 – 10.CM.6016 – 10.CM.6017 – 10.CM.6018 – 10.CM.6028 – 10.CM.6030 – 10.CM.6031 – 10.CM.6032 – 10.CM.6033 – 10.CM.6038 – 10.CM.6039 – 10.CM.6043 – 10.CM.6045 – 10.CM.6046 – 10.CM.6047 – 10.CM.6048 – 10.CM.6065 – 10.CM.6082 – 10.CM.6084 – 10.CM.6089

UTILISATION PRÉVUE

Les lits articulés électriques ont été conçus pour un usage privé afin d'offrir à l'utilisateur sécurité ainsi que des conditions minimales de confort et de qualité de vie pendant les périodes de repos ou de traitement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

. Structure en acier soudée MIG, par procédé manuel ou cellule robotisée, ou structure en bois de hêtre verni pour les références : 10.CM.6017, 10.CM.6018, 10.CM.6028 et 10.CM.6065.

. Têtes et pieds de lit en tube d'acier/stratifié thermolaqué, acier inoxydable/stratifié thermolaqué ou uniquement en stratifié thermolaqué.

. Dégraissage et phosphatation de la surface destinée à recevoir la peinture époxy.

. Sommiers à lattes de hêtre ou en compact phénolique. L'articulation des lits en trois parties est assurée par un moteur électrique commandé à l'aide d'une télécommande manuelle.

. Les moteurs portent le marquage CE et bénéficient d'une garantie de 2 ans contre les défauts de fabrication dûment constatés. Cette garantie ne couvre pas les dommages dus à une mauvaise manipulation du moteur, de la télécommande ou de la fiche. Selon le modèle, les moteurs sont équipés d'un système fonctionnant avec 1 ou 2 piles de 9 V afin de permettre l'abaissement du sommier en toute sécurité en cas de coupure de courant. Il est recommandé d'utiliser des piles alcalines et de les remplacer, en cas d'usure, tous les 6 mois. Le niveau sonore du moteur des lits est <70 dB (A), selon les indications du fabricant du moteur. Les moteurs équipant nos lits sont conformes à la norme européenne relative à la compatibilité électromagnétique.

. Les pieds peuvent être fixes ou réglables en hauteur, avec ou sans roulettes ; consulter la FT 078. La hauteur standard du plan de couchage est de 500 mm.

. Les lits sont prévus pour recevoir une potence porte-sérum, des barrières latérales et une potence de suspension de la marque JMS.

JMS - Industria de Mobiliário Hospitalar, S.A.
Zona Industrial do Bunheiro - Rua da Zona Industrial, n.° 26 - 3870 - 021 MURTOSA
T +351 234 880 018 | F +351 234 880 017
jms@jmshospitalar.com
www.jmshospitalar.com

SÉCURITÉ

- Les lits et les sommiers ne doivent pas être utilisés comme chariots de transport, mais uniquement pour l'usage auquel ils sont destinés.

- Lors du montage, les pieds munis de roulettes avec frein doivent toujours être montés en diagonale.

- Les lits et les sommiers ne doivent pas être utilisés par des patients pesant plus de 135 kg.

- Avant de déplacer un patient, le lit ou le sommier doit être freiné (version avec roulettes) afin d'éviter tout déplacement accidentel susceptible de mettre en danger la santé du patient.

- Lorsque le lit n'est pas en mouvement, il doit rester freiné. Lors de l'actionnement des moteurs, il convient de rester attentif au risque d'écrasement au niveau des zones d'articulation.

- Éviter tout déversement de liquide sur le moteur et la télécommande.

- Lors des opérations de nettoyage, d'entretien ou de déplacement des lits, une attention particulière doit être portée à la manipulation de la fiche : pour la débrancher, saisir la fiche elle-même et ne pas tirer uniquement sur le câble.



STOCKAGE / CONSERVATION

- Les lits et les sommiers indiqués ci-dessus sont emballés dans du carton et ne doivent pas être exposés à la pluie ni stockés dans des endroits excessivement humides, afin de ne pas endommager l'emballage ni les moteurs.

- Ces produits doivent être stockés dans des lieux garantissant leur protection contre les chutes ou contre tout autre facteur susceptible de les endommager.

- Avant toute opération de nettoyage, consulter le Manuel de l'utilisateur disponible sur le site de JMS.

QUALITÉ

- Tous nos produits sont conçus à partir de matières premières et de matériaux auxiliaires rigoureusement contrôlés à la réception, puis intégrés au processus de fabrication défini selon des procédures internes dans le cadre du système de management de la qualité mis en ?uvre conformément à la norme NP EN ISO 9001.

- Les produits JMS sont couverts par une garantie. Consulter le Certificat de Garantie en vigueur dans l'entreprise.