HEALTHCARE FURNITURE
IMPROVING PEOPLE'S LIVES

FICHA TÉCNICA FT 006

CAMAS E ESTRADOS ARTICULADOS ELÉTRICOS

REFERÊNCIAS

10.CM.6012 — 10.CM.6015 — 10.CM.6016 — 10.CM.6017 — 10.CM.6018 — 10.CM.6028 — 10.CM.6030 — 10.CM.6031 — 10.CM.6032 — 10.CM.6033 — 10.CM.6038 — 10.CM.6039 — 10.CM.6043 — 10.CM.6045 — 10.CM.6046 — 10.CM.6047 — 10.CM.6048 — 10.CM.6065 — 10.CM.6082 — 10.CM.6084 — 10.CM.6089

FIM A QUE SE DESTINA

As camas articuladas elétricas foram concebidas para uso particular de modo a proporcionar ao utilizador segurança e condições mínimas de conforto e qualidade de vida nos momentos de descanso ou de tratamento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

. Estrutura em aço soldada a Mig, por processo manual ou célula robotizada ou estrutura em madeira de faia envernizada nas referências: 10.CM.6017, 10.CM.6018, 10.CM.6028 e 10.CM.6065.

. Cabeceiras em tubo de aço/termolaminado ou aço inox / termolaminado ou só termolaminado.

. Desengorduramento e fosfatação da superfície a pintar a epoxy.

. Estrados de réguas de faia ou compacto Fenólico. Articulação das camas tripartidas efetuadas por meio de motor elétrico acionado com comando de mão.

. Os motores têm marcação CE e 2 anos de garantia contra comprovados defeitos de fabrico, que não cobre os danos causados por mau manuseamento do motor, comando e ficha. Os motores estão equipados com um sistema de funcionamento a pilhas (1 ou 2 pilhas 9V) conforme o modelo para em caso de falta de energia efetuar a descida do estrado em segurança em caso de falha de corrente elétrica, recomenda-se o uso de pilhas alcalinas e a sua substituição em caso de desgaste cada 6 meses. O nível de ruído do motor das camas é <70 dB (A), segundo indicação do fabricante do motor). Os motores que equipam as nossas camas cumprem a norma europeia sobre compatibilidade eletromagnética.

. Os pés podem ser fixos ou reguláveis em altura, com ou sem rodas, consultar FT 078. Altura standard do leito é de 500mm.

. As camas estão preparadas para receber, haste de soro, grades laterais e coluna de suspensão da marca JMS.

JMS - Industria de Mobiliário Hospitalar, S.A.
Zona Industrial do Bunheiro - Rua da Zona Industrial, n.° 26 - 3870- 021 MURTOSA
T +351 234 880 018 | F +351 234 880 017
jms@jmshospitalar.com
www.jmshospitalar.com

SEGURANÇA

. As camas e os estrados não devem ser usados como carro de transporte, mas unicamente para o fim a que se destinam.

. A quando da montagem deve-se montar os pés com rodas com travão sempre na diagonal.

. As camas e os estrados não devem ser usadas por pacientes com peso superior a 135 Kg.

. Antes de efetuar a deslocação de um paciente a cama ou estrado deverá ser travada (versão c/ rodas) de modo a que não se mova ocasionalmente pondo em perigo a saúde do paciente.

. Sempre que a cama não se encontre em movimento deverá estar travada e sempre que os motores forem acionados deve-se ter em atenção para o perigo de esmagamento nas zonas de articulação.

. Evitar o derramamento de líquidos por cima do motor e do comando.

. Nas operações de limpeza, manutenção ou deslocação das camas chamamos a atenção para o especial cuidado a ter com o manuseamento da ficha, esta deve ser desligada agarrando-a e não puxando apenas o cabo.

ARMAZENAMENTO/CONSERVAÇÃO

. As camas e os estrados acima indicados são embalados em cartão, não devendo ser expostas à chuva e em locais de demasiada humidade, de forma a não danificar a embalagem bem como os motores.

. Estes produtos devem ser armazenados em locais que garantam proteção contra quedas do produto ou outros que eventualmente possam danificar o mesmo.

. Antes das operações de limpeza consultar Manual Utilizador que pode obter acedendo à página da JMS.

QUALIDADE

. Todos os nossos produtos são concebidos a partir de matérias-primas e subsidiarias rigorosamente controladas na receção sendo incorporadas no processo de fabrico definido segundo procedimentos internos no âmbito do sistema de gestão da qualidade implementado NP EN ISO 9001.

. Os produtos JMS possuem garantia. Consulte o Certificado de Garantia em vigor na empresa.

JMS - Industria de Mobiliário Hospitalar, S.A.
Zona Industrial do Bunheiro - Rua da Zona Industrial, n.° 26 - 3870 - 021 MURTOSA
T +351 234 880 018 | F +351 234 880 017
jms@jmshospitalar.com
www.jmshospitalar.com